

Ecully, le 09/02/2021

**LOOPITA**  
Mr Harostéguy Laurent  
24 RUE DE LA POSTE  
40200 MIMIZAN  
FRANCE

Nos références : DL210129-012

**RAPPORT D'ESSAI N° 21-00258 E1 - V1**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

**OBJET DE LA DEMANDE**

Réf. Client :	Date de demande : 29/01/2021
Commande client : DEV000515 - CO2021000510	Echantillons reçus le : 01/02/2021
Objet :	N° CE/CL :
	N° CQ :

**REFERENCE(S) ECHANTILLON(S)**

21-00258-002 : prétraitement  
21-00258-002.21-00258-001 : LPT V5

**DETAILS DES RESULTATS**

21-00258-002

prétraitement

**Pack Entretien Masque UNS ( Lavages - Séchages - Repassages)**

**Pack Entretien Masque UNS**

**CONDITIONS OPERATOIRES**

**RESULTATS**

**DETAILS DES RESULTATS**

21-00258-001

LPT V5

**Filtration masque  
Pack Filtration Masque UNS**

**CONDITIONS OPERATOIRES**

*Date du test : 09/02/2021*

*Site de réalisation : ECULLY*

Pré-traitement : 30 Cycles d'entretien Pack Entretien Masque UNS

**RESULTATS**

**Efficacité de protection aux aérosols ( Particules de 3 µm)**

**94 %**

**DETAILS DES RESULTATS**

21-00258-001

LPT V5

**Perméabilité masque UNS  
PACK PERMEABILITE MASQUE UNS**

**CONDITIONS OPERATOIRES**

*Date de test : 09/02/2021*

*Site de réalisation : Ecully*

Pré-traitement : 30 Cycles d'entretien Pack Entretien Masque UNS

**RESULTATS**

**Perméabilité à l'air (à dépression de 100 Pa)**

**743**

**COMMENTAIRES**

Complexes

**DETAILS DES RESULTATS**

21-00258-001

LPT V5

**Compatibilité UNS**

**Compatibilité UNS**

**CONDITIONS OPERATOIRES**

Pré-traitement : 30 Cycles d'entretien Pack Entretien Masque UNS

**RESULTATS**

**Compatibilité UNS**

**Compatible masque grand  
public filtration supérieure  
à 90%**

Marlene PEYRILLOUS  
Responsable Laboratoire



**Versions**

Version 1 : Création du rapport

**I.F.T.H. service clientèle**

Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY CEDEX  
FRANCE  
SIRET 433 430 832 00017

Nombre de pages : 5    Annexes : 0

Lors de la traduction en langue étrangère des rapports d'essais, rapports d'interprétations, commentaires, avis ou observations, seule la version en langue française fait foi.  
« Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification. Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH. »

\* Fin du rapport \*